



## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2018-090	<b>REFERENCIA</b> PS/PPR/43613
<b>PRODUCTO</b> Mangueras de succión para las Unidades Dentales XO 4 y XO FLEX	
<b>FABRICANTE</b> XO CARE A/S, Dinamarca.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Ueda Europa S.A., calle Enmedio 4 -5, 29720 La Cala Del Moral, Málaga.	
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el campo magnético generado por el imán ubicado dentro de la boquilla de la manguera de succión pueda interferir con el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores de pacientes implantados.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	